

桜の聖母短期大学構内放射線測定結果(平均値 μ Sv/hour)

令和2年度 地上100cmにおける測定

		4月3日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月3日	1月16日	2月5日
屋外	学生通用口	0.053	0.060	0.080	0.083	0.077	0.053	0.057	0.090	0.107	0.063
	学生自転車置き場	0.060	0.053	0.063	0.067	0.063	0.053	0.070	0.060	0.067	0.063
	バス停	0.097	0.117	0.123	0.153	0.167	0.103	0.170	0.160	0.110	0.103
	正面玄関	0.107	0.100	0.100	0.117	0.097	0.097	0.110	0.087	0.047	0.110
	マリアンホール正面玄関	0.063	0.083	0.083	0.103	0.083	0.073	0.060	0.067	0.057	0.073
屋内											
マルグリット館	学生ホール	0.023	0.027	0.033	0.033	0.033	0.030	0.037	0.037	0.043	0.033
	1F 正面玄関ホール	0.020	0.030	0.027	0.027	0.033	0.033	0.033	0.027	0.030	0.033
	学生通用口廊下	0.037	0.030	0.037	0.043	0.037	0.033	0.043	0.037	0.030	0.057
	2F キャリア相談室	0.027	0.030	0.027	0.027	0.027	0.027	0.030	0.030	0.030	0.027
	3F 調理実習室	0.027	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030	0.033	0.030	0.030	0.027
	4F Rm.413	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.037	0.033	0.030	0.030
	5F Rm.500	0.027	0.027	0.027	0.030	0.030	0.027	0.030	0.033	0.027	0.030
	6F EVホール	0.037	0.033	0.033	0.033	0.043	0.040	0.033	0.033	0.033	0.030
マリアンホール											
	1F プレイルーム1	0.023	0.023	0.027	0.027	0.033	0.030	0.030	0.027	0.023	0.027
	第2学生ホール	0.023	0.020	0.027	0.027	0.020	0.027	0.023	0.023	0.030	0.027
	2F 図書館	0.027	0.023	0.030	0.027	0.027	0.030	0.020	0.033	0.020	0.023
	3F 講堂	0.033	0.023	0.033	0.033	0.030	0.033	0.027	0.027	0.023	0.023
ミリアム館											
	1F 親と子の広場	0.027	0.023	0.027	0.037	0.033	0.030	0.027	0.030	0.027	0.030
	2F プレイルーム2	0.030	0.027	0.033	0.030	0.033	0.030	0.033	0.033	0.027	0.037
	3F 音楽室	0.030	0.030	0.033	0.030	0.033	0.027	0.027	0.033	0.030	0.030

* 平成23年9月からより精緻な放射線測定を行うため、性能の高い測定器を購入しました。小数点第2位まで測定できます。

測定機種名: Thermo SCIENTIFIC RadEye PRD-ER